

가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품의 포장을 벗기고 손을 씻는 동안 제품의 파란색 점을 사용하여 제품을 걸어놓는다.
물과 비누를 사용하여 손을 철저하게 씻는다.



- 2) 제품을 사용하기에 가장 편한 자세를 취한다.



- 3) 음경의 포피가 있다면 뒤로 젖히고 음경을 물과 비누로 세척한다.

**나. 사용 방법**

- 1) 수분 파우치가 깔때기 모양 커넥터 근처에 위치한 것을 확인한다. 파란색 점을 누르거나 파우치에 표시되어 있는 점선을 따라 접어 수분 파우치를 터뜨린다. 포장의 팁 부분에서 물이 빠져 나가도록 한다.
1~2분후 카테터를 사용할 수 있다.



- 2) 수분 파우치가 터지면 파란색 점이 있는 끝 부분을 잡아서 옆으로 잡아당겨 포장을 벗긴다.



만일 자사의 GentleCath™ 삽입 키트인 소변 배출 백을 사용한다면, 카테터의 포장을 벗기기 전에 깔때기 모양 커넥터에 연결한다.



- 3) 파란색 핸들링 슬리브를 잡고 카테터를 뺀다. 포장은 파란색 점 부분을 사용하여 다시 걸어놓을 수 있다.



- 4) 핸들링 슬리브를 카테터 팁 방향으로 믿다. 음경을 배 쪽으로 잡아 카테터가 방광으로 쉽게 들어갈 수 있도록 한다. 음경을 너무 세게 잡으면 요도를 막을 수 있으므로 하지 않는다.



- 5) 핸들링 슬리브를 이용하여 요도 끝의 열린 부분을 통하여 방광으로 카테터를 삽입한다.
소변이 흘러나올 때까지 삽입한다. 깔때기 모양 커넥터가 컨테이너 방향인 지 확인한다.

* 카테터를 삽입하거나 제거할 때 절대 힘을 가하지 않는다. 만일 삽입하는데 어려움이 있다면 잠시 멈춰서 쉬었다가 다시 카테터를 밀어 넣는 것이 도움이 된다.



- 6) 소변이 흐르기 시작하면, 카테터가 완전히 방광에 삽입 되었는지 확인하기 위하여 1~2 cm (1/2 인치) 정도 더 밀어 넣는다.



- 7) 방광이 완전히 비었는지 확인하기 위하여 카테터를 천천히 제거하고 만일 소변이 다시 흐르면 중단한다.
소변 흐름이 멈추면 카테터를 천천히 완전히 제거한다.

**다. 사용 후 폐기방법**

- 1) 소변 배출 백을 사용했을 경우 카테터에서 분리한 후 완전히 비운 후 폐기한다. 카테터와 포장을 폐기한 후 손을 씻는다.



- 2) 본 제품은 일회용이므로 재사용을 금한다.

◆ 사용 시 주의사항

- 가. 금기 사항 : 1) 본 제품을 관주 (Irrigation) 또는 점적 주입 (Instillation) 과 함께 사용하지 마십시오. 2) 본 제품은 적절히 자격이 있고 훈련된 의료 전문가가 처방한 때에만 사용해야 합니다.
환자 또는 간병인은 의료 전문가의 조언을 따어야 합니다.
나. 경고, 주의, 관찰 사항 : 1) 카테터가 포장에 표시된 대로 정확한 사이즈인지 확인하십시오. 2) 카테터와의 접촉을 최소화하기 위해 노터치 슬리브 (파란색 핸들링 슬리브)를 사용하십시오.
3) 포장에서 추출한 즉시 카테터를 사용하십시오. 4) 카테터 윤활을 위해 포장 내에 제공된 멸균수만 사용하십시오. 5) 항상 삽입 및 제거 시에는 카테터를 천천히 부드럽게 움직이십시오. 절대로 카테터에 힘을 가하지 마십시오. 6) 항상 삽입 및 제거 시에는 소변이 더 흐르기 시작하면 중지하십시오. 소변이 흐름을 멈추면 다시 계속하십시오. 7) 이 기기는 오직 일회용입니다. 기기를 재사용하거나 재사용하지 마십시오. 그러면 바이러스/세균의 감염 및 전파, 출혈, 조직 손상 또는 통증의 위험성이 증가할 수 있습니다. 8) 다음의 경우 의료 전문가와 상담하십시오. 소변의 흐름이 없거나 다른 협병증 (예: 통증, 삽입 및 제거의 어려움, 출혈, 요로 감염 치료 또는 배액) 이 발생하는 경우 9) 사용 전에 밀봉된 포장이 손상되거나 열려있지 않는 한 무균상태가 보장됩니다. 기기를 사용하기 전에 포장 또는 물주머니가 손상되었거나 개봉된 경우 기기를 사용하지 말고, 현지 규제에 따라 기기를 처분하십시오.

작성 년월 : 2024년 1월