

## โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

เอกสารตัว สเปรย์ป้องผิวน้ำ

Esenta Sting Free Skin Barrier Spray

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

สเปรย์ป้องผิวน้ำชนิดไม่ระคายเคือง สำหรับใช้บริเวณรอบทวารเทียมและรอบบาดแผล

ข้อบ่งใช้

1. ทำความสะอาดและเช็ดผิวให้แห้ง
2. ถือหัวสเปรย์ให้ห่างจากบริเวณที่จะทำการรักษาประมาณ 10 ซม.
3. พ่นความเดือดเล็กน้อย
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสเปรย์แห้งสนิทแล้วก่อนทาผลิตภัณฑ์กาว เช่น อุปกรณ์หรือแผ่นปิดแผล
5. ควรใช้สเปรย์ทุกครั้งที่เปลี่ยนแผ่นปิดแผลหรืออุปกรณ์เพื่อการป้องผิวน้ำที่ได้ผลดี

ข้อมูลการใช้

โดยปกติไม่จำเป็นต้องล้างออก อย่างไรก็ตามสเปรย์สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้เอกสารตัวอุปกรณ์ลอกทำความสะอาดทางการแพทย์

สามารถใช้ชี้ดินได้โดยให้ระวังป้องกันว่าสามารถลบสารเคมีที่แดงและเจ็บ และลดอาการคัน หากในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์นี้หรือจากการใช้งานอุปกรณ์มีเหตุการณ์น้ำยาแรงเกิดขึ้น โปรดรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานระดับประเทศไทยของคุณ

ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการฉีดโดยตรงที่บาดแผล
- หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวอ่อนหรือผิวนอนนาน (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด)
- หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวน้ำ (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใช้งาน
- หยุดใช้หากเกิดอาการระคายเคือง และปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง
- สำหรับใช้ภายในออกเท่านั้น

คำเตือน

- ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น บรรจุภัณฑ์ที่อัดด้วยความดัน: อาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน เปลาไฟ หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ - ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเจาะหรือเผาแม่เหล็ก ห้ามใช้หัวไฟฟ้า เก็บให้ห่างจากแสงอาทิตย์ อย่าให้สัมผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F เก็บให้ห่างพื้นเมืองเด็กและสัตว์เลี้ยง

วิธีการเก็บรักษา

เก็บให้พ้นแสงอาทิตย์ อย่าให้สัมผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F

วัตถุไวไฟ

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 423288 ใน 1 กล่องบรรจุ 50 มิลลิลิตร

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

LOT

หมายถึง รุ่นการผลิต



หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวากेट ลิมิเต็ด, พลินท์ไซน์, สมราชาภรณ์จำกัด

ผลิตโดย

บริษัท ไฮโดรคเคน แอโพร์คเคน, เบอร์คเคนเอด, สมราชาภรณ์จำกัด

นำเข้าโดย / ซองทางการติดต่อ

บริษัท คอนวากेट (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทรثارเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส ชั้น 9 ถนนนวมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000