

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

เอสตีมพลัส ถุงอุจจาระชนิดชิ้นเดียว

Esteem+ One-piece Cut-to-Fit or Pre-Cut Ostomy System

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

เอสตีมพลัส ถุงอุจจาระชนิดชิ้นเดียวแบบนุ่มมีฟิลเตอร์ช่วยระบายแก๊สและช่วยดูดกลิ่น ใช้ร่วมกับคลิปปิดปลายถุง

ข้อบ่งใช้

ใช้เก็บของเสียทวารเทียมหรือท่อปัสสาวะเทียม

วิธีการใช้

1 การเตรียมผิวหนัง

มือและผิวหนังรอบๆ ช่องรูเปิดต้องสะอาดแห้ง และปราศจากสารที่มีความมันก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

2 การเตรียมถุงเก็บ

A) สำหรับถุงตัดให้พอดี (รูปที่ 1) วาดโครงร่างของช่องรูเปิดลงบนแถบหุ้มของแผ่นปกป้องผิวหนัง ตัดแผ่นปกป้องผิวหนังที่ขอบด้านนอกของโครงร่างที่วาดไว้บนแถบหุ้มของแผ่นปกป้องผิวหนัง อย่าตัดเลยเหนือเส้นสุดท้าย ใช้มีดผ่าตัดรอยตัดให้เรียบ

B) สำหรับถุงที่ตัดไว้ให้แล้ว

เลือกถุงที่มีช่องรูเปิดก่อนตัดใหญ่กว่าช่องรูเปิดของคุณเล็กน้อย

หมายเหตุ: 1) ปลายขอบที่พับอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้ที่ใส่ผ้าอ้อม หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ตัดขอบให้ห่างจากแผ่นปกป้องผิวหนัง 2) ป้องกันช่องรูเปิดจากการกระทบกระแทกหรือการบาดเจ็บ

3 วิธีการใช้ถุงเก็บ (รูปที่ 2) แยกแผ่นฟิล์มของถุงออกเพื่อให้อากาศเข้า ดึงแถบหุ้มออก วางปากช่องเปิดของแผ่นปกป้องผิวหนังไว้เหนือช่องรูเปิด และแผ่น

ปกป้องผิวหนังบนผิวหนังรอบช่องรูเปิดเป็นเวลา 30 วินาที หากยังมีขอบผ้าเหลืออยู่ ให้ดึงแถบลอกที่เหลือออก รีดให้เรียบจนไม่เหลือริ้วรอย

ใส่ไว้ได้นานตามเท่าที่ยังรู้สึกสบายและติดแน่นดี ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

4. การปิดถุงเก็บ

A) ถุงระบายออกได้ที่มีส่วนปิดกั้นถุง INVISICLOSE™ (รูปที่ 3) พับส่วนปิดกั้นถุงโดยเริ่มต้นด้วยแถบส่วนปลายสีขาวจนกระทั่งตัวปิดล็อกซ้อนทับกันสนิท กดตัวปิดล็อกเข้าด้วยกันตลอดความกว้างของปลายส่วนปิดกั้นถุงและบีบจนกระทั่งรู้สึกว่ามีแรงกดแน่นสนิท หากต้องการ กลับด้านถุงเก็บจากข้างในออกมาข้างนอกเพื่อปกปิดส่วนปิดกั้นถุงไว้ หรือพับลงมาริเวณปลายถุงเก็บ

หมายเหตุ: ถุงเก็บ ESTEEM™ ขนาดเล็กพิเศษไม่มีที่พับหรือกระเปาะ

B) ถุงระบายออกได้ที่มีตัวหนีบส่วนปิดกั้นถุง (รูปที่ 4)

C) ถุงระบายออกได้สำหรับเด็กที่มีส่วนปิดกั้นถุง (รูปที่ 5)

ดึงแถบลอกออกจากแถบกาว กดฝาปิดให้เข้าไปสู่ปลายถุงเก็บทางด้านข้างโดยไม่มีแผ่นปกป้องผิวหนัง

D) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL™ (รูปที่ 6)

E) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้ (รูปที่ 7)

5. การระบายถุงเก็บ

A) ถุงระบายออกได้ที่มีส่วนปิดกั้นถุง INVISI-CLOSE™: (รูปที่ 4) ปลดล็อกปากปิดถุงเก็บและเปิดส่วนปิดกั้นถุงโดยการกดที่จุดปลายแถบท่อเปิดถุงด้วยนิ้วมือ จากนั้นระบายถุงทิ้ง

B) ถุงระบายออกได้ที่มีตัวหนีบส่วนปิดกั้นถุง: (รูปที่ 9)

C) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL™ (รูปที่ 10)

D) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้ (รูปที่ 11)

การเชื่อมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะสำหรับกลางคืน: ก๊อก ACCUSEAL: (รูปที่ 12)

ก๊อกแบบพับได้ (รูปที่ 13)

6. ข้อมูลเกี่ยวกับถุงเก็บที่มีตัวกรอง

ปิดตัวกรองด้วยสติ๊กเกอร์ที่เตรียมไว้ให้เสมออาบน้ำ ว่ายน้ำ ฯลฯ ถอดออกหลังจากกิจกรรมทางน้ำ

7. วิธีการถอดถุงเก็บออก (รูปที่ 14)

8. การกำจัดทิ้ง

ผลิตภัณฑ์นี้ไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ การนำมาใช้ซ้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนข้าม (cross contamination)

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป

หากในระหว่างการใช้อุปกรณ์นี้หรือจากการใช้งานแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น โปรดรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานในประเทศของคุณ



การกำจัดทิ้ง

ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ข้อบังคับในการกำจัดทิ้งในแต่ละประเทศ

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมีคราบขาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผู้ป่วยเหล่านี้บ้าง ครั้ง หากตรวจพบก้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่มให้การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญควรประเมินความจำเป็นในการใช้แผ่นปกป้องผิวหนังที่มีความนุ่มนวลก่อนการใช้
- หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใช้และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง

ปริมาณบรรจุ

1 กล่องบรรจุ 10 ซีน และคลิปปิดปลายถุงจำนวน 2 ซีน

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



หมายถึง รุ่นการผลิต



หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท ยูโนเมติคอล เฮลท์ อาร์ท โอ, มิชาโลฟ, สโลวาเกีย

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. 02-6147000