

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

แผ่นปิดแผล ความเข้มข้นตัวร้า

Aquacel™ Extra™ Hydrofiber™ Dressing with Strengthening Fiber

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

แผ่นปิดแผล AQUACEL™ EXTRA™ Hydrofiber™ แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงที่นุ่ม ปราศจากเชื้อและไม่ผ่านกระบวนการกรองถักทอ ประกอบด้วยเส้นไยไอก็อด คอลลอกอต (ไซเดียมคาร์บอนิกซีมิกอูลอส) แผ่นปิดแผลนี้แบบสนิทกับแผลและมีความสามารถในการดูดซับของเหลวบริเวณบาดแผลได้ดีและสร้างเจลที่อ่อนนุ่มเพื่อรักษาสภาพแผลลักษณะที่ชุ่มชื้น ซึ่งสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายและช่วยในการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากบาดแผล (กระบวนการกำจัดเนื้อตายตามธรรมชาติ (autolytic debridement)) โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นใหม่

แผ่นปิดแผลชั้นแรกนี้ร่วมกับแผ่นปิดแผลชั้นที่สอง

ข้อบ่งใช้

ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ อาจใช้แผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงในการดูแล:

- แผลเรื้อรังที่ขา แผลกดทับ (ระดับ II-IV) และแผลเรื้อรังเนื่องจากเบาหวาน
- แผลผ่าตัด (แผลหลังการผ่าตัด, แผลบริเวณผู้ให้ (donor site), แผลบริเวณผิวนัง)
- แผลไฟไหม้ผิวนังบางส่วนที่ไม่หลีกตั้งแต่ระดับชั้นหนังกำพร้าจนถึงหนังแท้ (ระดับที่สอง)
- แผลจากอุบัติเหตุหรือแผลผ่าตัดที่เปิดทึบไว้เพื่อให้หายแบบทุติกูมิ (secondary intent) เช่น แผลแยกบริเวณรอยผ่า
- แผลผ่าตัดที่รักษาด้วยวิธีปืนญี่ปุ่นโดยให้เนื้อเยื่อทั้งหมดปิดเข้าด้วยกัน เช่น แผลที่ผิวนังและแผลผ่าตัด (เช่น บริเวณกระดูกและหลอดเลือด)
- แผลจากอุบัติเหตุ
- แผลที่มีแนวโน้มที่จะมีเลือดออก เช่น บาดแผลที่เกิดจากการตัดด้วยเครื่องจักรหรือการผ่าตัด และแผลบริเวณผู้ให้ (donor site)
- แผลที่ทำให้เจ็บปวด

ข้อห้ามใช้

ไม่ควรใช้แผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงในผู้ที่แพ้หรือเคยมีปฏิกิริยาแพ้ต่อแผ่นปิดแผลหรือส่วนประกอบของแผ่นปิดแผล วิธีการใช้

- ก่อนใช้แผ่นปิดแผล ให้ทำความสะอาดบริเวณบาดแผลด้วยน้ำยาทำความสะอาดแผลที่เหมาะสม
- วางแผ่นปิดแผลลงบนแผลและปิดทับด้วยแผ่นปิดแผลที่กักเก็บความชุ่มชื้น (เช่น DuoDERM™ Extra Thin, Versiva™ XC™) ผ้าก๊อชหรือแผ่นปิดแผลอื่นๆ ที่เหมาะสม ดูเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นสำหรับคำแนะนำในการใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงออกเมื่อข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ (เช่น การร้าวไอล หรือ มีเลือดออกมากผิดปกติ สงสัยว่ามีการติดเชื้อ)
- แผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงได้รับการออกแบบให้สามารถประอยู่กับที่ได้นานสูงสุดเจ็ดวัน ควรเปลี่ยนแผ่นปิดแผลเมื่อถึงวันที่สอง แต่ถ้าหากแผ่นปิดแผลร้าวหรือขอบของแผ่นปิดแผลพันกันหรือม้วนขึ้น
- ในแผลบริเวณผู้ให้(donor sites) แผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงสามารถประอยู่กับที่ได้นานสูงสุด 14 วัน สำหรับแผ่นไฟไหม้ระดับที่สอง
- แผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงควรวางทับลงบนผิวนังรอบๆ แผลไฟไหม้ประมาณ 5 ซม. หรือ 2 นิ้ว หรือใช้แผ่นปิดแผล AQUACEL Hydrofiber อื่นๆ ร่วมด้วย
- ควรปิดทับแผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงด้วยผ้าก๊อชปราศจากเชื้อและยึดไว้ด้วยเทปทางการแพทย์
- เปลี่ยนผ้าก๊อชปิดแผลเป็นระยะๆ และตรวจสอบแผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงในขณะที่ยังติดบนตำแหน่งของแผลไฟไหม้
- ดึงแผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงออกเมื่อข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ (เช่น การร้าวไอล หรือ มีเลือดออกมากผิดปกติ สงสัยว่ามีการติดเชื้อ) สำหรับแผลไฟไหม้ระดับที่สอง อาจปิดแผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงไว้ได้นานถึง 14 วันหากไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงการติดเชื้อ เมื่อแผลที่ถูกไฟไหม้มีการสร้างเนื้อเยื่อบุผิวใหม่อีกครั้ง แผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงจะหลุดออกหรือสามารถดึงออกได้ง่าย สำหรับแผลแห้งและมีสารคัดหลั่งจากแผลเพียงเล็กน้อย
- ปิดแผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงลงบนแผล จากนั้นทำให้แผลเปียกโดยใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อพรมให้เปียกชุ่มทั่วบริเวณที่เป็นแผลเท่านั้น คุณสมบัติการดูดซึมในแนวตั้งของแผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นไยเสริมความแข็งแรงนี้จะช่วยรักษาความชื้นบริเวณชั้นเหนือบาดแผลเท่านั้นและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเปียกยุ่ยของขอบแผล

ปิดแผลด้วยแผ่นปิดแผลที่กักเก็บความชื้น เช่น DuoDERM Extra Thin เพื่อบังกันไม่ให้ผ้าปิดแผลแห้งซึ่งจะส่งผลให้แผ่นปิดแผลแห้งติดกับแผลในภายหลัง

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการใช้งานครั้งเดียวเท่านั้นและบรรจุมาในสภาพปลอดเชื้อ
- ทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้ของผลิตภัณฑ์หลังจากทำแพลง
- ห้ามใช้งานหากบรรจุภัณฑ์ขึ้นในของผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
- ระวัง: รับประทานสภาพปลอดเชื้อ เว้นแต่ว่าของบรรจุขึ้นมาใหม่ กรณีนำเข้าจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกด้วย
- หากพบเห็นอาการระคายเคือง (รอยแดง ภูมิแพ้) การเปลี่ยนผู้ใช้ (ผิวหนังซีดขาว) การฟื้นฟูที่เนื้อเยื่ออ่อนตัวผิวหนัง (การสร้างเนื้อเยื่อมาเกินไป) หรืออาการแพ้ (ภูมิแพ้) ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
- หากดึงแผ่นปิดแผลออกมาก ควรทำให้แผ่นปิดแผลซึ่งด้วยน้ำเกลือประปาจากเชื้อและปล่อยให้ซึมน้ำในแผ่นปิดแผล
- เนื่องจากแผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นใยเสริมความแข็งแรงช่วยทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ชุ่มน้ำซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของหลอดเลือดใหม่ หลอดเลือดที่บอบบางจากการสร้างขึ้นใหม่นี้อาจผลิตสารคัดหลังที่มีเสื่อมปนจากแผลบ้างในบางครั้ง
- การใช้แผ่นปิดแผลกับบาดแผลที่ติดเชื้อจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
- ไม่ควรใช้แผ่นปิดแผลนี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ครูดราบที่อ่อนนุ่ม โดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อน
- นอกจากนี้ สำหรับแพลงเรื้อรังที่ขา แยกด้าน แพลงเรื้อรังเนื่องจากเบาหวาน แพลงไฟฟ้ามีระดับที่สอง แพลงบริเวณผู้ให้ แพลงผ่าตัดหรือแพลงจากอุบัติเหตุที่รักษาด้วยวิธีรุ่มภูมิหรือทุติยภูมิ:
- การรักษาแพลงที่อยู่ในรายการข้างต้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
- ควรใช้มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อมีข้อบ่งชี้ (เช่น การใช้ถุงน่องรัดกล้ามเนื้อที่ปรับรัดแบบลดหลั่น (graduated compression bandaging) ในการดูแลรักษาแพลงเรื้อรังที่ขาเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดดำหรือวิธีการบรรเทาแรงกดทับในการดูแลรักษาแพลงด้านทับ)
- การแบ่งตัวของเชื้อจุลทรรศน์ในแพลงเรื้อรังเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปและไม่ถูกเป็นข้อห้ามในการใช้แผ่นปิดแผล อาจใช้แผ่นปิดแผลกับแพลงติดเชื้อภายใต้การทำกับดูดและข่องแพทย์รวมกับการรักษาที่เหมาะสม และการตรวจสอบแพลงบ่อยๆ
- ควรให้การรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับแพลงเรื้อรังที่เท้าอันเนื่องมาจากเบาหวาน
- ในแพลงไฟฟ้ามีระดับที่สอง ให้พิจารณาวิธีการผ่าตัดทางเลือกอื่นๆ หากแพลงไม่มีการสร้างเนื้อเยื่อบุผิวใหม่หลังจาก 14 วัน
- แผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นใยเสริมความแข็งแรงไม่ได้มีไว้สำหรับใช้เป็นฟองน้ำในการผ่าตัด
- ยังไม่มีการศึกษาการใช้แผ่นปิดแผล AQUACEL EXTRA Hydrofiber แบบมีเส้นใยเสริมความแข็งแรงในแพลงที่เกิดเนื่องจากโรคเรื้อรังหรือโรคพูอง

STERILE | R

- ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วยการฆ่ายังสี

วิธีการเก็บรักษา

อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแสง เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ($10^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{F}$ - $25^{\circ}\text{C}/77^{\circ}\text{F}$)

บริษัทบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 420671, 420672 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

LOT

หมายถึง รุ่นการผลิต



หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนนาเทคโนโลยี จำกัด, พลินท์ไซน์, หนองคาย

ผลิตโดย

บริษัท คอนนาเทคโนโลยี จำกัด, พลินท์ไซน์, หนองคาย

นำเข้าโดย / ซ่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนนาเทคโนโลยี จำกัด

87 อาคารเอ็มไทรثارเวอร์ ออลชีชันส์ เพลส ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000